

DT-8806S 非接觸式紅外線人體測溫儀

- 【體內測溫量程】 32.0℃-42.5
- 【體表測溫量程】 0-60℃/32° F-140° F
- 【基本精確度】 32-36℃/89.6-96.8° F ±0.3℃/0.5° F
36-39℃/96.8-102.2° F ±0.2℃/0.4° F
39-42.5℃/102.2-108.5° F ±0.3℃/0.5° F
- 【測量模式】 額頭/耳後 非接觸
- 【測量距離】 1-10 釐米
- 【回應時間】 0.5 秒
- 【光譜反應】 6-14um
- 【記錄資料】 32 組
- 【自動斷電】 大約 7 秒後自動關機
- 【操作溫濕度】 0-5/10%-90%RH
- 【電源】 DC3V (2 節 AA 電池)
- 【尺寸】 128x73x35mm
- 【重量】 148g

产品细节 Product Details



2 体内/体表模式

体内模式用于测量人体的体温，
体表模式除用于测量人体的体表温度，
还可测量婴儿洗澡水的温度或奶瓶的温度





3 红外线感应

对准额头或者牛奶等
需要测量的物体表面



8 电池仓盖

打开盖子，里面放的是两节
AA5号电池





蜂鸣符号

本产品可设置报警功能，
高于报警值时，蜂鸣报警

报警设置：

按住 MODE 按键2秒钟，屏幕显示F1，按MODE按键
2次进入F2，然后按UP键增加温度值0.1° C (0.1° F)，
按 'DOWN' 键减少温度值 0.1° C (0.1° F)。

注意：报警默认值是38° C (100.4° F)